

Lublin dn. 19.07.2023 r.

Znak sprawy: EZ-z.230.4.16.2023

Dotyczy postępowania na:

Dostawę wirówki próżniowej zatężającej i zestawu odsysającego do hodowli kultur komórkowych z pompą próżniową z podziałem na 2 części.

Pytanie 3:

Dotyczy części 1:

Czy zamawiający dopuści wirówkę z regulacji temperatury od +35 st. C do +80 st. C?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści wirówkę z regulacji temperatury od +35 st. C do +80 st. C.

Zastępca Kanclerza
Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

mgr inż. Marek Mirosław

.....
podpis Kierownika Zamawiającego