

Lublin dn. 18.07.2023 r.

Znak sprawy: EZ-z.230.4.16.2023

Dotyczy postępowania na:

Dostawę wirówki próżniowej zatężającej i zestawu odsysającego do hodowli kultur komórkowych z pompą próżniową z podziałem na 2 części.

Pytanie 1:

Czy Zamawiający dopuści urządzenie do wydajnego zatężania próbek z zastosowaniem nadmuchi gazu obojętnego np. N₂.

System nie jest wirówką zatem nie ma funkcji wirowania; nie wymaga stosowania pompy próżniowej, ale konieczne jest źródło gazu obojętnego.

Odpowiedź:

Zgodnie ze specyfikacją Zamawiający wymaga aby urządzenie było wirówką zatężającą.

Zastępca Kanclerza
Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
mgr inż. Marek Mirosław

.....
podpis Kierownika Zamawiającego