

**ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA**

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę aparatów rtg oraz zestawu urządzeń medycznych w ramach projektu pt. „Utworzenie Weterynaryjnej Szkoły Zaawansowanych Technik Diagnostycznych wraz ze specjalistycznymi laboratoriami (nr sprawy WDz/PN/2/2013/PLBYUA)

W imieniu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, zwanego dalej Zamawiającym informuję, iż do siedziby Zamawiającego wpłynęły zapytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w w/w postępowaniu.

Działając zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 907), Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z odpowiedziami.

1. Czy związku z tym, że projekt realizowany jest z udziałem funduszy transgranicznych zamawiający nie wymaga dostarczenia certyfikatów pochodzenia oferowanych towarów zgodnie z wymaganiami instytucji finansującej?

Jeśli zamawiający wymaga pochodzenia towaru z obszarów wskazanych w PRAG jako preferowane kraje pochodzenia prosimy o podanie listy dokumentów, jakie należy przedłożyć celem potwierdzenia kraju pochodzenia oferowanych towarów.

**Odpowiedź:** Zamawiający wymaga załączenia do oferty dokumentów wymienionych w SIWZ.

2. Zamawiający wymaga załączenia do oferty wykazu dostaw zrealizowanych w ciągu ostatnich trzech lat, bez wymagania tożsamości oferowanego sprzętu z przedmiotem zrealizowanych dostaw. Czy zamawiający dopuści zatem do postępowania dostawcę który dostarczył w ostatnich trzech latach sprzęt medyczny o wymaganej wartości, jednak nieodpowiadający rodzajem przedmiotowi zamówienia?

**Odpowiedź:** Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek wiedzy i doświadczenia jeśli wykaże się wykonaniem przynajmniej 1 zamówienia, którego przedmiotem była dostawa sprzętu medycznego i/lub środków trwałych będących wyrobem medycznym (zgodnie z pkt. V ppkt. b SIWZ). Na potwierdzenie tego warunku Zamawiający wymaga przedłożenia dokumentów o którym mowa w pkt. VI ppkt. 2 SIWZ.

3. Zamawiający wymaga realizacji zamówienia w zakresie Zadania 1 w ciągu 6 tygodni od daty zawarcia umowy. Prosimy o wydłużenie czasu na dostawę i uruchomienie do 10 tygodni. Uzasadnienie naszej prośby przedstawiamy poniżej. W skład przedmiotu zamówienia wchodzi duża ilość dedykowanego sprzętu medycznego i komputerowego, którego czas dostawy przez producenta wynosi kilka tygodni. Po dostawie sprzętu komputerowego przez producenta należy wykonać instalację systemów operacyjnych, bazy danych oraz całego oprogramowania medycznego i przetestować konfigurację. Dopiero po tym procesie system może być dostarczony

do Zamawiającego oraz może rozpocząć się właściwa instalacja i uruchomienie systemu. Końcowym elementem zajmującym również bardzo dużo czasu są kilkietapowe szkolenia użytkowników końcowych.

**Odpowiedź:** Nie, zgodnie z SIWZ.

4. W pkt J.16 Załącznika nr 9 Zamawiający wymaga oprogramowania stacji w języku polskim, angielskim i ukraińskim. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie oprogramowania medycznego stacji posiadającego interfejs m.in. w języku polskim, angielskim, estońskim, litewskim, łotewskim i rosyjski?

**Odpowiedź:** Nie, zgodnie z SIWZ.

5. W pkt J.17 Załącznika nr 9 Zamawiający wymaga instrukcji obsługi w języku polskim i ukraińskim. Czy Zamawiający dopuści instrukcję obsługi w języku polskim, angielskim, estońskim i rosyjskim?

**Odpowiedź:** Nie, zgodnie z SIWZ.

6. Prosimy o zmianę wymogu dotyczącego przystąpienia do naprawy stanowiska opisowego w zadaniu nr 1 (pkt J.19) zgodnie z poniższą propozycją:

Sprzedający zobowiązany jest do podjęcia realizacji czynności serwisowych (czas reakcji rozumiany, jako kontakt telefoniczny/rozpoczęcie interwencji zdalnej) w ciągu maksymalnie 24 godzin od momentu zgłoszenia awarii Systemu do Działu Obsługi Klienta (w dni robocze).

**Odpowiedź:** Zamawiający zmienia pkt. J.19 dot. stanowiska opisowego w zadaniu nr 1 załącznika nr 9 w następujący sposób: „Czas przystąpienia do naprawy maks. 24 godz. (dni robocze)”.

7. Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby faktura sprzedażowa była wystawiona na poszczególne pozycje wchodzące w skład danego zestawu?

**Odpowiedź:** Zamawiający oczekuje, aby na dostarczony asortyment została wystawiona jedna faktura, dopuszczalna jest możliwość wyszczególnienia pozycji wchodzących w skład zestawów.

8. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na potwierdzenie wymaganych parametrów technicznych oferowanego przedmiotu zamówienia poprzez dołączenie oryginalnych stron katalogowych producenta w języku angielskim? Katalogi zawierają dokładne zdjęcia narzędzi i wymiary w mm.

**Odpowiedź:** Zgodnie z pkt. IX ppkt. 12 SIWZ Zamawiający wymaga, aby wszystkie wymagane w SIWZ dokumenty sporządzone w języku obcym były składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

9. Czy z uwagi na fakt, iż przedmiot zamówienia produkowany jest partiami, w celu zapewnienia gwarantowanego czasu dostawy i utrzymania ciągłości dostaw, Zamawiający wyrazi zgodę na oferowanie wyrobów fabrycznie nowych wyprodukowanych roku 2012 oraz w 2013?

**Odpowiedź:** Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

10. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kar umownych opisanych we wzorze umowy §5 pkt.1 na odpowiednio:

- a) w przypadku niezależnego od Zamawiającego niedotrzymania przez Wykonawcę terminów harmonogramu, o którym mowa w § 2 ust. 2 w wysokości 0,2 % kwoty brutto, o której mowa w § 4 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia;
- b) w przypadku odstąpienia przez Zamawiającego umowy, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 5% kwoty brutto, o której mowa w § 4 ust. 1;
- c) w przypadku odstąpienia przez Wykonawcę umowy, z przyczyn nie leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 5% kwoty brutto, o której mowa w § 4 ust. 1
- e) w przypadku nie zainstalowania sprzętu lub nie uruchomienia sprzętu dla Uniwersytetu Lwowskiego lub nieprzeszkolenia osób wskazanych przez Uniwersytet Lwowski zgodnie z terminami określonymi w harmonogramie o którym mowa w §2 ust.2 – 0,2 % kwoty brutto, o której mowa w § 4 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień zwłoki;

**Odpowiedź:** Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

11. Dotyczy zapisu we wzorze umowy § 2 pkt.1 – b):

Czy zamawiający wymaga również szkolenia 2 osób w ośrodku referencyjnym wskazanym przez Wykonawcę w zakresie wykonywania praktycznych zabiegów endoskopowych?

**Odpowiedź:** Zamawiający w SIWZ nie zawarł zapisu o szkoleniu 2 osób w ośrodku referencyjnym w zakresie wykonywania praktycznych zabiegów endoskopowych. Zamawiający wymaga przeszkolenia osób zgodnie z wymaganiami zawartymi w SIWZ (tj. szkolenie praktyczne z zakresu laparoskopii dla 2 osób) i tego wymagania dotyczy również zapis § 2 pkt.1 – b) wzoru umowy.

12. W załączniku 9: „OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA” dla zadania 1a „Stacjonarny cyfrowy aparat RTG (CCD) wraz ze stanowiskiem opisowym - 2 sztuki”:

W pkt. C.1 Zamawiający wymaga: „Oświetlacz halogenowy,„. Czy Zamawiający dopuści alternatywne źródło światła w postaci dużo bardziej trwałego oświetlacza LED ? Źródło LED jest o wiele bardziej trwałe (ponad 100x dłuższa żywotność) a ponad to system LED daje „zimne” białe światło, dzięki czemu jest lepiej widoczne na blacie niż światło halogenowe.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

13. W pkt. E.3 Zamawiający wymaga: „Fabryczna nakładka umożliwiająca przedłużenie blatu o 30cm,„. Czy Zamawiający dopuści aparat czołowego europejskiego producenta rentgenowskiej diagnostyki obrazowej z jednorodnym płaskim blatem o długości 180 cm zamiast blatu 151 cm (E.2) i nakładki 30cm (E.3)? Proponowane przez naszą firmę rozwiązanie dużo dłuższego blatu niż wymagany w pkt. E.2 cechuje się dużą jednorodną powierzchnią przezierną dla promieniowania bez porzeczných belek, wsporników czy też wzmocnień (w miejscu łączenia blatów) ograniczających pole obrazowe detektora.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

14. W pkt. F.3 Zamawiający wymaga: „Rozmiar pikela max. 130 μm,„. Czy Zamawiający dopuści aparat z detektorem o rozdzielczości 9MP i wielkości 43x43 cm z rozmiarem piksela 140 μm z dostosowanymi do tej wielkości odpowiednio mniejszymi niż wymagane ogniskami? Rzeczywistą rozdzielczość kształtuje cały tor obrazowy (od ogniska po detektor). Przy wymaganej wielkości

dużego ogniska 1,5 mm rzeczywiste rozmycie obrazu wynikające z wielkości ogniska wynosi ok. 160  $\mu\text{m}$ , czyli o wiele więcej niż wymagane 130  $\mu\text{m}$ . W takiej sytuacji Zamawiający nie wykorzysta proponowanej rozdzielczości obrazu, którą gwarantuje detektor przez co naraża się na konieczność wykonywania badań o jakości gorszej niż spodziewana. Dodatkową zaletą jest o 3 cm większe w każdym kierunku pole obrazowania.

**Odpowiedź:** Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

15. W pkt H.2 Zamawiający wymaga: „Czas przystąpienia do naprawy maks. 8 godz. (dni robocze)„. Czy zamawiający zmieni wymóg na: „Czas przystąpienia do naprawy maks. 24 godz. (dni robocze)”. Na przykład w przypadku wysłania faksu ze zgłoszeniem awarii o godzinie 18-stej (bez zgłoszenia telefonicznego), Wykonawca może powziąć wiadomość dopiero o 8 rano czyli po 14-stu godzinach. Jednocześnie w celu przyspieszenia i usprawnienia obsługi serwisowej w przypadku dostępu do sieci Internetowej proponujemy możliwość zdalnej diagnozy i w miarę możliwości naprawy urządzenia?

**Odpowiedź:** Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

16. W załączniku 9: „OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA” dla zadania 1b „APARAT RTG Z RAMIENIEM C – 1 sztuka”:

W pkt. A.5 Zamawiający wymaga: „Prąd skopii ciągłej / impulsowej min. 8mA„. Czy Zamawiający dopuści aparat z prądem dla fluoroskopii impulsowej równym 4 mA ? Wartość ta wynika z zastosowania ogniska 0,3 dużo mniejszego niż wymagane 0,5 i trybu rzeczywistej oszczędności dawki dla pacjenta. Zmniejszenie rozmiarów ogniska umożliwia bardzo dokładne obrazowanie małych struktur zwierząt o małej masie. Ponad to proponowany przez naszą firmę aparat cechuje się między innymi 5-cio krotnie większą niż wymagana pojemnością cieplną lampy, 5kW generatorem HF i 12-bitową głębią obrazu umożliwiającą różnicowanie tkanek miękkich np. przy DSA.

**Odpowiedź:** Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

17. W pkt J.19 Zamawiający wymaga: „Czas przystąpienia do naprawy maks. 8 godz. (dni robocze)„. Czy zamawiający zmieni wymóg na: „Czas przystąpienia do naprawy maks. 24 godz. (dni robocze)”. Na przykład w przypadku wysłania faksu ze zgłoszeniem awarii o godzinie 18-stej (bez zgłoszenia telefonicznego), Wykonawca może powziąć wiadomość dopiero o 8 rano czyli po 14-stu godzinach. Jednocześnie w celu przyspieszenia i usprawnienia obsługi serwisowej w przypadku dostępu do sieci Internetowej proponujemy możliwość zdalnej diagnozy i w miarę możliwości naprawy urządzenia?

**Odpowiedź:** Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

18. Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparat z prądem radiografii 20 mA?

Prąd radiografii jest wykorzystywany jedynie do wykonania zdjęć na konwencjonalnej kasce rtg z czego obecnie się nie korzysta. Podczas wykonywania zabiegów wykorzystuje się fluoroskopię.

**Odpowiedź:** Nie, zgodnie z SIWZ.

19. Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparat z anodą stacjonarną i ogniskami 0,5mm małe i 1,5 mm duże?

Rozumiemy iż nastąpiła omyłka pisarska i Zamawiający żąda anody stacjonarnej gdyż wymaga ogniska 0,5 i 1,5 mm które są charakterystyczne dla stacjonarnej anody.

**Odpowiedź:** Nie, zgodnie z SIWZ.

20. Czy zamawiający dopuści aparat z matrycą obrazu zapamiętanego 1024x512 ale aż z 16 bitowym przetwornikiem (skalą szarości)?

Matryca obrazu zastosowana w aparacie RTG z ramieniem C jest tak dobierana przez producenta, aby przy kamerze ccd oraz lampie np. z ogniskiem 0,5 mm i 1,5 mm oraz z wzmacniaczem obrazu uzyskać największą możliwą rozdzielczość zdjęć na monitorach. W każdym torze wizyjnym, maksymalna rozdzielczość ograniczona jest naj słabszym elementem. Natomiast głębokość matrycy określa głębię szarości i różnica pomiędzy 12 a 16 bit w proponowanym przez nas aparacie jest znaczna.

**Odpowiedź:** Nie, zgodnie z SIWZ.

21. Czy Zamawiający dopuści pojemność pamięci 1000 obrazów?

Aparat jest wyposażony w port USB na którym odbywa się archiwizacja. Nie ma konieczności stosowania aż tak dużej pamięci obrazów w aparacie ze względów bezpieczeństwa – utraty danych w przypadku awarii urządzenia.

**Odpowiedź:** Nie, zgodnie z SIWZ.

22. Zamawiający wymaga jedynie klas serwisowych DICOM, Send oraz Print. Z naszego doświadczenia wynika, że Użytkownik przede wszystkim korzysta z klas Send oraz Worklist, które ułatwiają komunikację obustronną pomiędzy aparatem a systemem PACS. Dlatego te prosimy o rozważenie zmiany tego warunku na DICOM 3.0 Send oraz DICOM 3.0 Worklist.

**Odpowiedź:** Nie, zgodnie z SIWZ.

23. Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparat bez pomiarów ale ze strzałkami i tekstem na obrazie?

**Odpowiedź:** Nie, zgodnie z SIWZ.

24. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu nr 1 pozycji b – aparat rtg z ramieniem c – i utworzenie z niej oddzielnego pakietu, co umożliwiłoby złożenie oferty, większej liczbie wykonawców? Jeśli Zamawiający wyrazi zgodę, prosimy o określenie kwoty wadium, dla tego pakietu.

**Odpowiedź:** Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

25. W związku z tym, że Zamawiający wyznaczył maksymalną wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy, aż 10% wartości przedmiotu umowy, co przy tego typu zamówieniu stanowi znaczną wartość, prosimy o obniżenie zabezpieczenia należytego wykonania umowy o połowę, tj. do 5% wartości przedmiotu umowy.

**Odpowiedź:** Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

26. Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby umowa została przesłana do wykonawcy pocztą kurierską?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza możliwość przesłania umowy pocztą kurierską, jednakże po spełnieniu wszystkich warunków przez Wykonawcę (m.in. wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy).

27. Ze względu na to, iż serwis pogwarancyjny świadczony jest odpłatnie, po zaakceptowaniu przez Strony warunków serwisowych w okresie pogwarancyjnym i podpisaniu umowy na serwis pogwarancyjny, prosimy o dopisanie w ust. 7 § 2 wzoru Umowy (Załącznik nr 7 do SIWZ), słowa „odpłatny”.

W związku z tym proponujemy następujące brzmienie w/w ustępu:

„Informacje i dokumenty potwierdzające autoryzowany serwis gwarancyjny i odpłatny pogwarancyjny.”

**Odpowiedź:** Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

28. Rozumiemy i prosimy o potwierdzenie, że nastąpiła omyłka pisarska w ust. 2 § 2 wzoru Umowy (Załącznik nr 7 do SIWZ) i Zamawiający miał na myśli załącznik numer 8 do umowy?

**Odpowiedź:** Nie, nie nastąpiła pomyłka. Załącznikiem nr 1 do umowy jest cała specyfikacja (wraz z poszczególnymi załącznikami).

W imieniu Zamawiającego zatwierdził:

REKTOR

Prof. dr hab. Marian Wesołowski