

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu diagnostycznego: mikroskopów, analizatorów, aparatów ekg oraz wyposażenia weterynaryjnego (nr sprawy WDz/PN/5/2012/PLBYUA)

W imieniu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, zwanego dalej Zamawiającym informuję, iż do siedziby Zamawiającego wpłynęły zapytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w w/w postępowaniu.

Działając zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 907), Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z odpowiedziami.

1. Punkt XV. Opis przedmiotu zamówienia

Czy zapis: „Oferta musi zawierać ostateczną, sumaryczną cenę obejmującą wszystkie koszty z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków (także podatku od towarów i usług), ceł poniesionych przez Wykonawcę oraz ewentualnych upustów i rabatów.” Oznacza konieczność uwzględnienia kosztów ceł i podatków po stronie Ukraińskiej?

Odpowiedź: Nie, koszty cła i podatków po stronie Ukraińskiej ponosi Uniwersytet Lwowski.

2. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie kolorowej kamery cyfrowej bez chłodzenia, o następujących parametrach technicznych:

- przetwornik CMOS o wielkości 1/2,.3 cala
- rozdzielczość maksymalna 2592 x 1944 pikseli
- wielkość piksela 2,35 x 2,36 µm
- głębia kolorów 24-bitowa
- zakres czasu ekspozycji 0,5ms-500ms
- czas odświeżania 30 fps przy rozdzielczości 1920x1080 (Full HD)

- bezpośredni połączenie z komputerem i zasilanie za pomocą portu USB2.0 oraz oddzielne wyjście HDMI do przesyłania bezpośredniego obrazu FullHD bez udziału komputera
- pilot zdalnego sterowania
- gniazdo na karty SD do bezpośredniego zapisu zdjęć
- mocowanie typu C-mount z łącznikiem optycznym o powiększeniu 0,55x
- oprogramowanie do sterowania funkcjami kamery, akwizycji danych i prostych pomiarów, z możliwością rozbudowy o specjalistyczne moduły obrazowania i analizy, integrujące się pod jednym interfejsem

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytania dotyczące wzoru umowy:

3. §2 P6 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na:
Sprzęt przeznaczony dla Uniwersytetu Lwowskiego musi być dostarczony przez Wykonawcę do Składu Celnego w Lublinie celem załatwienia przez Zamawiającego formalności celnych, a następnie przewieziony przez Wykonawcę na jego koszt i ryzyko do wskazanego składu celnego we Lwowie celem dokonania odprawy importowej przez Uniwersytet Lwowski (zgodnie z Incoterms DDU). Transport ze składu celnego do Uniwersytetu zapewni Dostawca po uzgodnieniu terminu transportu.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na proponowany zapis.

4. §2 P7 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na:
- karty gwarancyjne wystawione przez Dostawcę w języku polskim/ języku angielskim (odpowiednio) nie dotyczy poz. 7-18,20,22-37 z zad. 4.
 - instrukcje użytkowania/obsługi w języku polskim/angielskim (odpowiednio) – nie dotyczy poz. 7-18,20,22-37 z zad. 4.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na dostarczenie instrukcji użytkowania/obsługi w języku polskim/angielskim (odpowiednio) (nie dotyczy poz. 7-18,20,22-37 z zad. 4). Natomiast nie wyraża zgody na zmianę zapisów w zakresie kart gwarancyjnych.

5. §4 P4 – Proszę o wyjaśnienie: Czy Zamawiający zaakceptuje fakturę eksportową z wskazaniem odbiorcy (Uniwersytet Lwowski) oraz płatnika (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie) oraz 0% (zerową) stawkę VAT dla eksportu? Taką fakturę (zgodnie z polskim prawem) powinien wystawić eksporter. Ewentualnie proszę o przesłanie podstawy prawnej do wystawienia innej formy faktury.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga wystawienia faktury na Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie z obowiązującą na terenie RP stawką podatku VAT. Liderem projektu jest Uniwersytet Przyrodniczy, a wszystkie dostawy przeznaczone dla Uniwersytetu Lwowskiego będą refakturowane przez Zamawiającego (tj. Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie).

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian i są wiążące dla wszystkich uczestników postępowania.

W imieniu Zamawiającego zatwierdził:

REKTOR

Prof. dr hab. Marian Wesołowski