

Lublin, dn. 10.10.2018 r.

UNIwersYTET PRZYRODnicZY

w LUBLINIE

ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin

tel. (48) 81-445-66-03, 81-445-60-73

fax 81-445-67-30

REGON 000001896, NIP 712-010-37-75

Odpowiedzi na zapytania

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę mebli laboratoryjnych, biurowych oraz sprzętu laboratoryjnego dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z podziałem na 6 części:

część 2 – dostawa mebli laboratoryjnych do budynków dydaktycznych Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

W imieniu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie zwanego dalej Zamawiającym informuję, iż do Zamawiającego wpłynęły zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia zwanej dalej SIWZ. Poniżej Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych zwanej dalej ustawą Pzp, przekazuje ich treść wraz z odpowiedziami.

Pytanie 1: Czy Zamawiający w części 2 dopuści dygestorium o głębokości 900 mm?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 2: Czy Zamawiający w części 2 dopuści w dygestorium zwory i gniazda umieszczone w listwie obok okna dygestorium, na wysokości blatu (takie rozważnie nie utrudnia korzystania z szafek poprzez zwisające przewody)?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 3: Czy Zamawiający w części 2 dopuści w dygestorium wylewki wody i króćce gazu wody w przedniej części komory roboczej, ze ściany bocznej - woda i przedniego narożnika komory roboczej - gazy (takie rozwiązanie pozwala na korzystanie z wody i gazu bez konieczności sięgania nad aparaturą stojącą na blacie)?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 4: Czy Zamawiający w części 2 dopuści w dygestorium poryte farbą proszkową poliuretanową (farba ta ma lepszą odporność chemiczną od wymaganej farby i jest całkowicie odporna na promieniowanie UV i niepalna)?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 5: Czy Zamawiający w części 2 dopuści w dygestorium z lampą wyposażoną w jedną świetlówkę energooszczędną o mocy 39W (światło przez nią emitowane spełnia wymagania norm, co do jasności oświetlenia komory roboczej)?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 6: Czy Zamawiający w części 2 dopuści w dygestorium o szerokości komory roboczej 1100 mm i jej głębokości 800 mm ?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 7: Czy Zamawiający w części 2 dopuści w dygestorium linki ze stali kwasoodpornej w dodatkowym oplewacie chemoodpornym i rolki stożkowe zamiast pasków gębatych i kół zębatych (takie rozwiązanie jest trwalsze i bardziej odporne na zerwanie niż paski zębate)?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 8: Czy Zamawiający w części 2 dopuści w dygestorium zlewik umieszczony wzdłuż bocznej ściany komory roboczej, naklejany od góry blatu (takie rozwiązanie pozwala na korzystanie z wody bez konieczności sięgania nad aparaturą stojącą na blacie i nie niesie ryzyka urwania się zlewika spod blatu)?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

W imieniu Zamawiającego

KANCLERZ

mgr Grażyna Szymczuk

