

Lublin, dn. 22.08.2019 r.

Odpowiedzi na zapytania

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w sprawie dostawy drobnego sprzętu i wyposażenia laboratoryjnego dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z podziałem na 24 części.

W imieniu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, zwanego dalej Zamawiającym informuję, iż do Zamawiającego wpłynęły zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia zwanej dalej SIWZ.

Poniżej Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986), zwanej dalej ustawą Pzp, przekazuje ich treść wraz z odpowiedziami.

Zapytanie nr 1- Część 7, 8

Czy Zamawiający dopuści mikroskopy o polu widzenia 19-4,5 mm?

Odp. Część 7 - Zamawiający nie zgadza się na mikroskopy o polu widzenia 19-4,5 mm.

Część 8 - Zamawiający nie zgadza się na mikroskopy o polu widzenia 19-4,5 mm.

Zapytanie nr 2- Część 5

Prosimy o wyjaśnienie dotyczące nasadki okularowej, jakie pole widzenia i podział światła wymaga Zamawiający?

Odp. Pole widzenia FN22 i podział światła 100/0, 0/100.

Zapytanie nr 3- Część 9

Czy Zamawiający dopuści wagę precyzyjną z szalką o średnicy 180 mm, spełniającą wszystkie pozostałe wymagania Zamawiającego? Jeśli nie, proszę o wyjaśnienie.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza wagi precyzyjnej z szalką o średnicy 180 mm.

W imieniu Zamawiającego

KANCLERZ


mgr Grażyna Szumczyk