

Lublin, dn. 04.11.2019 r.

**Odpowiedzi na zapytania**

**Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w sprawie dostawy odczynników chemicznych oraz drobnego osprzętu laboratoryjnego dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, z podziałem na 14 części.**

W imieniu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie zwanego dalej Zamawiającym informuję, iż do Zamawiającego wpłynęły zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia zwanej dalej SIWZ.

Poniżej Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), zwanej dalej ustawą Pzp, przekazuje ich treść wraz z odpowiedziami.

Pytanie nr 1

**Dotyczy: zadanie nr 9 poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści płytki 24 dołkowe o wymiarach 85.5 mm na 127.8 mm o średnicy studzienek 15,4 mm i powierzchni dna studzienki 1.86 cm<sup>2</sup>?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza płytki 24 dołkowe o wymiarach 85,5 mm na 127,8 mm o średnicy studzienek 15,4 mm i powierzchni dna studzienki 1,86 cm<sup>2</sup>.**

Pytanie nr 2

**Dotyczy: zadanie nr 9 poz. 2**

Czy Zamawiający dopuści płytki 96 dołkowe o wymiarach 85.5 mm na 127.8 mm o średnicy studzienki 6.6 mm i powierzchni wzrostu 0.34cm<sup>2</sup>

**Odpowiedź: Odp. Zamawiający dopuszcza płytki 96 dołkowe o wymiarach 85,5 mm na 127,8 mm o średnicy studzienek 6,6 mm i powierzchni wzrostu 0,34 cm<sup>2</sup>.**

Pytanie nr 3

**Dotyczy: zadanie nr 9 poz. 3**

Czy Zamawiający dopuści filtry strzykawkowe z średnicą porów 0.22µm, wymiary filtra 33x27mm?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza filtry strzykawkowe z średnicą porów 0,22µm, wymiary filtra 33 x 27 mm.**

Pytanie nr 4

**Dotyczy: zadanie nr 9 poz. 4**

Czy Zamawiający dopuści zestaw filtracji próżniowej o wielkości porów 0.22, średnicy 45mm. Pojemność 200 ml.?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zestaw filtracji próżniowej o wielkości porów 0,22, średnicy 45 mm. Pojemność 200 ml.**

Pytanie nr 5

Do zadania 11,12

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na ewentualny zakup końcówek w pełnych opakowaniach 10 x96 szt?

Nasze końcówki pakowane są po 960 szt ( 10x96 szt ) .

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza w zad.11 w poz. 9 i 10 końcówki pakowane po 960 szt.**

W imieniu Zamawiającego

KANCLERZ

  
.....  
mgr Grażyna Szynkiewicz