



Lublin, dnia 16.04.2009r

Odpowiedzi na zapytania

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę wraz z montażem aparatury naukowo-badawczej, mebli laboratoryjnych, urządzeń do chłodzenia i zmywania z przeznaczeniem na wyposażenie dla Centralnego Laboratorium Aparaturowego Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z podziałem na 20 części.

W imieniu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie zwanego dalej Zamawiającym na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (tekst jedn. Dz. U. 2007 r. nr 223 poz. 1655 z późn. zm.) informuję, że do siedziby Zamawiającego wpłynęło zapytanie dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w części 20 postępowania.

Poniżej Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którzy pobrali specyfikację istotnych warunków zamówienia treść zapytania wraz z wyjaśnieniem.

Pytanie do części 20, poz. 1 chłodziarko – zamrażarka 6 sztuk

Pytanie:

Czy Zamawiający dopuszcza zaproponowanie chłodziarko – zamrażarek mających czas utrzymania temperatury w przypadku przerwy w zasilaniu 19h i spełniającej pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie dopuszcza chłodziarko – zamrażarek mających czas utrzymania temperatury w przypadku przerwy w zasilaniu 19h.

W imieniu Zamawiającego


REKTOR
prof. dr hab. Marian Wesółowski